PT

Cinta profilática é imprescindível nos trabalhos de profilaxia pois acessa com facilidade a região proximal, onde sua face ativa age eficazmente na remoção de cálculos dentais. As microlâminas circulares, localizadas em torno dos furos em uma das faces da fita, tem como principal característica uma ação contra os cálculos, preservando, porém, a integridade do esmalte e dos materiais restauradores.

Indicação: Cinta Profilática é indicada para uso clínico na remoção de placa bacteriana e tártaro.

Uso: Inserir a cinta no espaço interproximal, observando que a face ativa esteja voltada para a proximal desejada. Segurar a fita pelas extremidades, puxá-la contra o dente e aplicá-la em movimentos longitudinais em forma de vai-e-vem até se obter o efeito desejado. Retirar a fita.

Dimensões: 100mm x 4mm.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado. O contato da fita com a gengiva pode causar ferimentos ao paciente. É recomendável a proteção da papila. A reutilização pode afetar o desempenho do produto. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Composição: Aço inoxidável.

Descarte: Descarte de acordo com os requisitos locais aplicáveis.

Ref.	Código	Conteúdo
0.3076	0009010001	10 fitas de 100mm x 4mm

MD Dispositivo Médico

CE

ISO 13485

BPF Boas Práticas de Fabricação



EC REP Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net

Fabricante: TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944
Pomerode/SC - Brasil
CEP 89107-000
55 47 3395-6115
0800 047 1020
info@tdv.com.br
www.tdv.com.br
Reg. ANVISA 10291220068

IMP. 0604000405 REV. 14 - 05/2024